




HEO الحكمة

دليل منتجات HEO الطبية



حلول هندسية متكاملة للقطاع الطبي

شركاء النجاح



مستشفيات أندلسية
ANDALUSIA HOSPITALS



مجموعة
مستشفيات كليوباترا



Mansoura university hospi
Mansoura university



مستشفى نسائم
NASAEM HOSPITAL



مستشفيات دار الفؤاد
Dar Al Fouad Hospitals

السعودي الألماني الصحية مصر
Saudi German Health Egypt
Caring like family
نرعاكم كأهاليينا



@Heomedical



@Heo.med



@Heo-med



@Heomedical



@Heomedical

Address:

41 EL Mawrdy Street
EL Qasrel Ainy Al-Sayyidah Zaynab,
Cairo Governorate, Egypt

Phone:

0020227932115
00201005235419
00201026531004

Mail:

info@heomed.com
baher@heomed.com
mohamed@heomed.com
sales@heomed.com



مستلزمات شبكات الغازات



منظم أكسجين (فلوميتر حائطي)

قابل للتعقيم بالبخار المضغوط عند ١٢١ درجة مئوية
نوع الشبكة : فرنساوي - الماني - انجليزي - أمريكي
نطاق معدل التدفق: من ٠ الى ١٥ لتر / دقيقة
نطاق الضغط: يصل إلى ٤,٥ بار
جميع الأجزاء المعدنية المستخدمة مصنوعة من النحاس المطلي بالنيكل
الأجزاء البلاستيكية مصنوعة من البولي كربونات والبولي أميد
ISO 9001 ISO 13485 حاصل علي شهادتي الجودة

منظم أكسجين على أسطوانة

قابل للتعقيم بالبخار المضغوط عند ١٢١ درجة مئوية
نطاق معدل التدفق: من ٠ الى ١٥ لتر / دقيقة
نطاق الضغط: يصل إلى ١٤٠ بار
جميع الأجزاء المعدنية المستخدمة مصنوعة من النحاس المطلي بالنيكل
الأجزاء البلاستيكية مصنوعة من البولي كربونات والبولي أميد
ISO 9001 ISO 13485 حاصل علي شهادتي الجودة



منظم شفط برو

عداد مرقم يتيح قراءة الضغط المضبوط بدقة
مفتاح تعديل لقوة الشفط سلس وسهل الحركة لتسهيل ضبط قوة الشفط
نوع الشبكة : الماني - فرنساوي - انجليزي - أمريكي
مفتاح تشغيل وإيقاف سريع لسرعة الفتح والإغلاق عند نفس الضغط
قابل للتعقيم بالبخار عند 121 درجة مئوية

جميع الأجزاء المعدنية المستخدمة مصنوعة من النحاس المطلي بالنيكل
الأجزاء البلاستيكية مصنوعة من البولي كربونات والبولي أميد
ISO 9001 ISO 13485 حاصل علي شهادتي الجودة



مستلزمات شبكات الغازات



مخارج شبكات الغازات

نوع الشبكة : فرنساوي - أنجليزي - ألماني
الوظيفة : أكسجين - شفت - هواء
نوع التثبيت : حائطي أو بيدهيديني
جميع الأجزاء المعدنية المستخدمة مصنوعة من النحاس المطلي بالنيكل
الأجزاء البلاستيكية مصنوعة من البولي كربونات والبولي أميد
حاصل علي شهادتي الجودة ISO 9001 ISO 13485

بروبات أكسجين - شفت - هواء

نوع التركيب : فلووز وخرطوم
أنواع الشبكات : فرنساوي - أنجليزي - ألماني - أمريكي
جميع الأجزاء المعدنية المستخدمة مصنوعة من النحاس المطلي بالنيكل
الأجزاء البلاستيكية مصنوعة من البولي كربونات والبولي أميد
حاصل علي شهادتي الجودة ISO 9001 ISO 13485



منظم هواء بالمرطب

قابل للتعقيم بالبخار المضغوط عند ١٢١ درجة مئوية
نوع الشبكة : فرنساوي - ألماني - أنجليزي - أمريكي
نطاق معدل التدفق: من ٠ الى ١٥ لتر / دقيقة
نطاق الضغط: يصل إلى ٤,٥ بار
جميع الأجزاء المعدنية المستخدمة مصنوعة من النحاس المطلي بالنيكل
الأجزاء البلاستيكية مصنوعة من البولي كربونات والبولي أميد
حاصل علي شهادتي الجودة ISO 9001 ISO 13485



مستلزمات شبكات الغازات



برطمان شفت ٢ لتر قابل للتعقيم

الأجزاء المعدنية من النحاس الأصفر المطلي بالنيكل
الأجزاء البلاستيكية مصنوعة من مادة البولي كربونيت المقاومة للصدمات
قابل للتعقيم بالبخار المضغوط عند ١٢١ درجة مئوية
بيان لمعرفة سعة ملى البرطمان
حاصل علي شهادتي الجودة ISO 9001 ISO 13485

برطمان شفت طبي ١ لتر

لتجميع الدهون والسوائل
قابل للتعقيم بالبخار حتى ١٢١°م
مقاوم للكسر والضغط العالي
خامات طبية عالية الجودة
مناسب لوحداث الشفت الثابتة والمتحركة
حاصل علي شهادتي الجودة ISO 9001 ISO 13485




وحدة شفت ٤ لتر بالمنظم


تتكون من حامل أستانلس ٣٠٤ متحرك
منظم شفت معدني
عدد 2 برطمان شفت سعة 2 لتر
خرطوم طول ٢,٥ متر + بروب حسب الشبكة
حاصل علي شهادتي الجودة ISO 9001 ISO 13485




مستلزمات التنفس والتخدير




وصلة تنفس كبار قابل للتعقيم



وصلة تنفس أطفال قابل للتعقيم



أمبوباج PVC



أمبوباج سيليكون



منظار حنجري مستقيم فايبر وعادي



منظار حنجري منحنى فايبر وعادي

إنتاج مصنع الحكمة الهندسي



شامبر مستديم كبار



شامبر مستديم أطفال



شامبر مستهلك أطفال



شامبر مستهلك كبار

مستلزمات التنفس والتخدير



فلتر فيروسي



فلتر شفط



فلتر تنفس مستديم



أكسجين سنسور



أكسجين سنسور



فلو سنسور



كنيكتور حرف أطفال



وتر تراب



كنيكتور حرف كبار



كونيكتور حرف T




ماسك تخدير مستهلك



ماسك تخدير سليكون



ماسك سباب



باج سليكون



وصلة تنفس مستهلكه



وصلة تخدير مستهلكه بدون باج


إنتاج مصنع الحكمة الهندسي




دواسة مزدوجة



كابل بليت



كابل بايولار



جفتات

مستلزمات أجهزة دياثيرمي



لمبات الاجهزة الطبية والكشافات العمليات



لمبة شوكت

لمبة زينون لمبة ٢٢٠ فولت

لمبة كاست

لمبة بقاعدة



لمبة علاج ضوئي
لبد او فيلبس

لمبة نصف
عاكس

لمبة منظار حنجري
اصفر وابيض


دوايت مربع
ومدور خرف

لمبة حرف
U

کابلات رسم القلب



طقم بامب و کلامب



کابل رسم قلب ۱۰ طرف



هوز وكفات المونيتور NIBP



كفات مستهلكة ١ و ٢ تيوب




كفات مستديمة ١ و ٢ تيوب






هوز ٢ تيوب

هوز ١ تيوب



كابلات قياس نسبة الأكسجين بالدم

SPO2 ACCESSORIES






كابلات تشبع الاكسجين SPO₂ SENSOR & ADAPTER CABLE



كابلات قياس الحرارة



كابل حرارة سيمنز



كابل حرارة فون جاك




كابل حرارة ٢ كيلو



كابل حرارة شرجي



كابلات رسم القلب للمينوتور





مونيتور فياس نسبة الاكسجين

إمكانية إعادة الشحن
اشاشة رقمية عالية الوضوح
مظهر عصري ومميز ٧.٥-٣ وظائف
سهل الاستخدام والتشغيل متوفر جميع الاكسوارات



جهاز رسم قلب ٣ قناة

متعدد اللغات
دقة في قراءة النبضات
خاصية الفيلتر لمقومة التشويش في الاشارة
سهولة في ضبط الاعدادات الخاص بالجهز يدوياً
سهل الاستخدام والتشغيل خفيف الوزن والحجم



جهاز الترا سونيك نيبولايزر

سهل الاستخدام والتشغيل
مظهر عصري صناعة تركي
غلاف مقاوم للماء لسهولة التنظيف
مفتاح دائري لسهولة التحكم في كمية التبخير
بدون صوت لمنع الازعاج



هيمودياليزر بالشامبر

وزن الجهاز ١,٣ كجم
سهل الاستخدام والتشغيل
شاشة للتحكم في درجة الحرارة
أقصى درجة حرارة ٧٥ درجة مئوية
يحتوي علي شاشة رقمية لعرض درجة الحرارة

جهاز سيباب



مشاكل التنفس أثناء النوم
سهولة الاستخدام وضبط المعايير
تأتي بقناع كامل للوجه
شاشة تظهر النسب الموضوعه
يأتي مع مرطب لسهولة التنفس

جهاز ضغط LED



بدون زئبق
دقة عالية في القياس
يعمل ببطارية او كابل شاحن
يحتوي علي كف وبامب عالي الجودة
يحدد سرعة ضربات القلب او توماتكيا
شاشة لتوضيح القراءة بكل دقة

جهاز بالس فنجر



مؤشر لحالة البطارية
الشاشة عالية الوضوح
يناسب أحجام الأصابع المختلفة
مناسب للإستخدام في المنزل والمراكز الطبية
يعرض نسبة الاكسجين في الدم والنبض بدقة

شفاط 1 لتر



وحدة شفاط 1 لتر
سهل الاستخدام
غلاف مقاوم للماء لسهولة التنظيف
فلتر بكتيري مانع لتسرب السوائل داخل الجهاز
ذو صوت منخفض
مفتاح دائري لضبط قوة الشفط حسب الحاجة

مجالات عمل الشركة

أجهزة المونيتور ومستلزماتها

كابلات قياس نسبة الأوكسجين بالدم
كابلات قياس ضغط الدم الأتراقبي
كابلات قياس رسم القلب
كابلات قياس ضغط الدم والكف
كابلات قياس الحرارة

أجهزة الدياثيرمي ومستلزماتها

يد دياثيرمي قابلة للتعقيم ومستهلكة
كابلات بايبولر-جفت بايبولر
بلات دياثيرمي قابل للتعقيم ومستهلك (رابر- معدن)
دواسات قدم (مونوبولار- بايبولار)

أجهزة التنفس الصناعي ومستلزماتها

وصلات تنفس صناعي قابلة للتعقيم ومستهلكة
أمبوباج سيليكون وبي في سي
أكسجين سينسور- فلوسنسور
وصلات تخدير قابلة للتعقيم ومستهلكة
ماسك وباج سيليكون ومستهلكة
جهاز هيوميديفاير وتشامبر
لارنجوسكوب عادي وفيبر
وصلات أجهزة سباب

أجهزة رسم القلب ومستلزماتها

كابلات رسم القلب عشرة طرف
بامب كلامب

شبكة الغازات الطبية

منظم أكسجين بالمرطب الشبكة : فرنساوي- الماني- انجليزي- أمريكي / منظم شفت معدني متحكم الضغط
منظم أكسجين بالمرطب على أسطوانة / برطمان شفت لتر قابل للتعقيم / منظم هواء بالمرطب الشبكة : فرنساوي- الماني-
انجليزي- أمريكي / مخارج شبكات الغازات الشبكة : فرنساوي- انجليزي- الماني / منظم أكسجين قطعة واحدة
الشبكة : فرنساوي- الماني- انجليزي- أمريكي / بروبوات أكسجين- شفت- هواء فرنساوي- انجليزي- الماني- أمريكي
وحدة شفت لتر بالمنظم شامبر مستهلك كبار / شامبر مستهلك أطفال / شامبر مستديم كبار

أجهزة مضخة السرنجات والمحاليل

أجهزة شفت العمليات الكهربائية المتحركة

لمبات الأجهزة الطبية والعلمية

لمبات أجهزة العلاج الضوئي للأطفال المبتسرين (أزرق LED)
لمبات المناظير الحنجريّة
لمبات كشافات العمليات
لمبات أجهزة المعامل

عامّة

مكتب الحكمة الهندسي (الراعي سابقاً) - بدأ تأسيسه في عام 2000 م والشركة متخصصة في استيراد وتوريد الاجهزة الطبية ومستلزماتها وتم البدء في إجراء تصنيع اول منتج فلوميتريشبكة عام 2018 م باشكاله المختلفة لتناسب نظرة جميع انواع الشبكات الغازات الطبية داخل المستشفيات وتوالت المنتجات لاكثر من صنف يخص شبكات الغازات الطبية ثم بعض مستلزمات وحدات الشفط مثل برطمانات الشفط ومنظم الشفط وبعد ذلك بعض مستلزمات اجهزة التنفس مثل التشامبر الخاص بجهاز الهيموديفير ونتطلع للمزيد باستمرار

و اليكم قائمة بمجالات عمل الشركة المحلية والمستوردة :
(مستلزمات اجهزة المونيتور - مستلزمات اجهزة التنفس الصناعي - مستلزمات اجهزة الدياترمي مستلزمات شبكة الغازات الطبية - لمبات الاجهزة الطبية والعلمية)

ولنا خبرة طويلة في التوريد للمستشفيات الحكومية والجامعية والتعليمية بالإضافة الي المستشفيات الخاصة والعيادات ولنا خبرة في التصدير لبعض الدول المجاورة مثل السودان وليبيا

عن مكتب الحكمة

حاز مكتب الحكمة الهندسي على ثقة العديد من المؤسسات والشركات الطبية في القطاعين العام والخاص من المستشفيات والعيادات والمختبرات، وإيماناً بأهمية الجودة بالأعمال التجارية ففي عام 2020م تم منحها شهادة الجودة الأيزو 9001، والأيزو 13485 لما امتازت به من توفير المنتجات ذو الجودة العالية والأسعار التنافسية والخدمات التي ترضي عملائها، وتسعى إلى التقدم دائماً من خلال اتباع الأساليب الحديثة لتطوير العمل.

الرؤية

يطمح مكتب الحكمة أن يكون مستقبلاً إحدى الشركات الرائدة عالمياً ومن أهم الموردين الموثوقين للمستلزمات الطبية، محققين بصمة لأحدى برامج تحقيق رؤية جمهورية مصر العربية 2030م.

الرسالة

تقديم أفضل جودة والتصنيع الامثل لكل ما يخدم قطاع الخدمات الطبية بالتعاون مع أعرق الشركات ذات الخبرة، من خلال الرقابة على جودة المنتج، وباستخدام أحدث اجهزة المعايرة وبناء علاقات استراتيجية مع عملائنا في نطاق تقديم خدماتنا.

قيمتنا

نفخر بالشوايت التي أرسناها في أداء عملنا من التزام بالقيم، والاهتمام بتقديم الخدمة إلى عملائنا عبر الاحترام ودمج الصدق والجدارة بالثقة والشفافية في العلاقات التجارية، عملاء مكتب الحكمة هم رأس المال الأكثر قيمة، والبائعون لدينا هم شركاء النجاح، وموظفونا المساهمون والساعون لتحقيق النجاح.

الأهداف

نسعى بكل جهدنا إلى إضافة بصمة الحكمة الخاصة من خلال المستلزمات الطبية المقدمة وفق مجموعة من أرقى المعايير المتعلقة بالية تقديم الخدمة ومحتواها، والاستمرارية في توفير وتصنيع كافة الأدوات والمستلزمات الطبية بالشكل الذي يضمن رضا العميل عن الخدمة، وتعزيز ثقافة استخدام أفضل أنواع المستلزمات الطبية ضمن بيئة صحية آمنة وسليمة .

شهادات الشركة

Certificate of Calibration & Performance

Certificate No.: K108-EW009-1120

The here stated device was calibrated using standards with accuracy guidelines traceable to the National Institute of Standards & Technology (NIST) or have been derived from formulas of physical constants, or have been derived by ratio self calibration techniques. Evidence of traceability is on file at our service center.

Client Name: El Hekma Engineering Office
Client Address: 41 Mawardi Street - Al Qasr Al Aini - Giza

Calibration Date: 18-11-2020
Calibration Device: JTE-39
Calibration Method: MEC-10-23

Equipment Data:
Model: JTE-39
Serial No.: UN-SIM
Calib. Date: 18-11-2020
Calibration Device: JTE-39
Calibration Method: MEC-10-23

Environmental conditions:
Temperature: 24 ± 0.5 °C
Relative Humidity: 35 ± 2 %
Test Location: Al Kasr Al Aini
Issue date / Issue No: 22-11-2020/001

Test results & uncertainties are stated in the attached test report. This report should not be reproduced without written approval by Medical Equipment Calibration Lab.

Page 1 of 3

Technical Manager: 

شهادة المعايرة

الهيئة العامة للغرفة على الصناعات المصرية
Federation of Egyptian Industries

رقم الشهادة: 03932

تاريخ الشهادة: 2020/12/31

اسم العميل: El Hekma Engineering Office
عنوان العميل: 41 مواردي - قصر العيني - الجيزة

نوع الجهاز: جهاز قياس التدفق
رقم الجهاز: 4708

نوع المعايرة: معايرة أولية
تاريخ المعايرة: 2020/12/31

نتيجة المعايرة: 03932

ملاحظات: ...

شهادة سجل صناعي

رقم السجل: 09110205
تاريخ الإصدار: 28/08/2027

اسم المنشأة: El Hekma Engineering Office
اسم الشركة: El Hekma Engineering Office
القطاع: 09110205

الهيئة العامة للغرفة على الصناعات المصرية
Federation of Egyptian Industries

رقم الشهادة: 2058254

تاريخ الشهادة: 2020/12/31

اسم العميل: El Hekma Engineering Office
عنوان العميل: 41 مواردي - قصر العيني - الجيزة

نوع الجهاز: جهاز قياس التدفق
رقم الجهاز: 4708

نوع المعايرة: معايرة أولية
تاريخ المعايرة: 2020/12/31

نتيجة المعايرة: 2058254

ملاحظات: ...

شهادة تسجيل دائمة

رقم الرخصة: 11201802700019
تاريخ الإصدار: 27/08/2018

اسم المنشأة: El Hekma Engineering Office
اسم الشركة: El Hekma Engineering Office
القطاع: 09110205

الهيئة العامة للغرفة على الصناعات المصرية
Federation of Egyptian Industries

رقم الشهادة: 2055805

تاريخ الشهادة: 2020/12/31

اسم العميل: El Hekma Engineering Office
عنوان العميل: 41 مواردي - قصر العيني - الجيزة

نوع الجهاز: جهاز قياس التدفق
رقم الجهاز: 4708

نوع المعايرة: معايرة أولية
تاريخ المعايرة: 2020/12/31

نتيجة المعايرة: 2055805

ملاحظات: ...

مزاولة التصدير

بأن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية
EL Hekma Engineering Office

تاريخ الشهادة: 2020/12/31

ملاحظات: ...

الهيئة العامة للغرفة على الصناعات المصرية

رقم القيد: 7002616

تاريخ الشهادة: 2021/07/12

اسم العميل: El Hekma Engineering Office
عنوان العميل: 41 مواردي - قصر العيني - الجيزة

نوع الجهاز: جهاز قياس التدفق
رقم الجهاز: 4708

نوع المعايرة: معايرة أولية
تاريخ المعايرة: 2020/12/31

نتيجة المعايرة: 7002616

ملاحظات: ...

الهيئة العامة للغرفة على الصناعات المصرية

رقم القيد: 600006096

تاريخ الشهادة: 2020/12/31

اسم العميل: El Hekma Engineering Office
عنوان العميل: 41 مواردي - قصر العيني - الجيزة

نوع الجهاز: جهاز قياس التدفق
رقم الجهاز: 4708

نوع المعايرة: معايرة أولية
تاريخ المعايرة: 2020/12/31

نتيجة المعايرة: 600006096

ملاحظات: ...

الهيئة العامة للغرفة على الصناعات المصرية

رقم القيد: 600006096

تاريخ الشهادة: 2020/12/31

اسم العميل: El Hekma Engineering Office
عنوان العميل: 41 مواردي - قصر العيني - الجيزة

نوع الجهاز: جهاز قياس التدفق
رقم الجهاز: 4708

نوع المعايرة: معايرة أولية
تاريخ المعايرة: 2020/12/31

نتيجة المعايرة: 600006096

ملاحظات: ...

iCAA. International Conformity Assessment Authority

CERTIFICATE

iCAA. International Conformity Assessment Authority awards a certificate to **El Hekma Engineering Office for Supplies.**

This certificate confirms the application and further development of an effective **Medical Devices — Quality Management Systems**

Complying with the requirements of Standard **ISO 13485:2016**

Scope: Manufacturing of Medical Oxygen Flowmeters With Humidifiers, Medical Air Flowmeters With Humidifiers, Standalone Humidifiers, Medical Gas Regulators, Medical Gas Outlets, Vacuum Suction Apparatus, Vacuum Suction Regulators, Patient Monitor Cables, Diathermy Cables, Reusable Breathing Circuits, and Medical Suction Jars.

Technical Area: Non-active Medical Devices
-General non-active, non-implantable medical devices

Address: Plot No. 32 Block 1 Zone 2 - May 15 - Cairo - Egypt.

Registration No.: ICAAGYM10157

Date of initial issue: 9/07/2025

Valid until: 8/07/2026

Expiry date: 8/07/2028

Cairo, 9/07/2025

Ahmed El-Enbabi, Chief Executive Officer (CEO)

The validity of this certificate will be maintained through annual surveillance audits and a renewal audit every three years. To validate this certificate, click here, scan the QR code, or follow this link: <https://icaa.com/qa/certificate-validation/>

Please write the Registration No. The format of the date on this certificate is (Day/Month/Year).

شهادة تسجيل

الهيئة العامة للغرفة على الصناعات المصرية
Federation of Egyptian Industries

رقم الشهادة: 237

تاريخ الشهادة: 2020/10/20

اسم العميل: El Hekma Engineering Office
عنوان العميل: 41 مواردي - قصر العيني - الجيزة

نوع الجهاز: جهاز قياس التدفق
رقم الجهاز: 4708

نوع المعايرة: معايرة أولية
تاريخ المعايرة: 2020/10/20

نتيجة المعايرة: 237

ملاحظات: ...

شهادة اعتماد وصلاحيه

الهيئة العامة للغرفة على الصناعات المصرية
Federation of Egyptian Industries

رقم الشهادة: 0908/03/20

تاريخ الشهادة: 2020/10/20

اسم العميل: El Hekma Engineering Office
عنوان العميل: 41 مواردي - قصر العيني - الجيزة

نوع الجهاز: جهاز قياس التدفق
رقم الجهاز: 4708

نوع المعايرة: معايرة أولية
تاريخ المعايرة: 2020/10/20

نتيجة المعايرة: 0908/03/20

ملاحظات: ...

شهادة اعتماد

الهيئة العامة للغرفة على الصناعات المصرية
Federation of Egyptian Industries

رقم الشهادة: 4220486263804317

تاريخ الشهادة: 2020/10/20

اسم العميل: El Hekma Engineering Office
عنوان العميل: 41 مواردي - قصر العيني - الجيزة

نوع الجهاز: جهاز قياس التدفق
رقم الجهاز: 4708

نوع المعايرة: معايرة أولية
تاريخ المعايرة: 2020/10/20

نتيجة المعايرة: 4220486263804317

ملاحظات: ...

شهادة اعتماد

الهيئة العامة للغرفة على الصناعات المصرية
Federation of Egyptian Industries

رقم الشهادة: 06913

تاريخ الشهادة: 2020/10/20

اسم العميل: El Hekma Engineering Office
عنوان العميل: 41 مواردي - قصر العيني - الجيزة

نوع الجهاز: جهاز قياس التدفق
رقم الجهاز: 4708

نوع المعايرة: معايرة أولية
تاريخ المعايرة: 2020/10/20

نتيجة المعايرة: 06913

ملاحظات: ...

